Keine Daten auf dem ORGA 930 M | Lösung

Problemstellung



Mögliche Ursache In dem Kartenleser wurden keine Karten eingelesen.

Lösung

Wiederholen Sie das einlesen der Gesundheitskarte(n).

© 2020 AMPAREX GmbH