Hoersystem wurde einer falschen Seite zugeordnet | Loesung

Problemstellung

Hörgeräte (Probegeräte) wurden während der Anpassphase dem Kunden aus versehen vertauscht zugewiesen.

Lösung

	Beschreibung
	(a) Wechseln Sie beim Kunden (1) in den Hörsystemen (2) auf die gewünschte Seite (3). (b) Über den Aktionsbutton 'Mehr' (4) kann die selektierte Versorgung auf die andere Seite verschoben (5) werden. (c) Wechseln anschließend auf die andere Seite und verfahren mit dem anderen Hörgerät genauso.

© 2020 AMPAREX GmbH