

# HHR und MPG | HG Versorgung, AKUSTIK

Diese Maske entspricht der Rückseite Ihres Anpassberichts. Nehmen Sie hier die zusätzlichen Eintragungen zur Versorgung gemäß Heil- und Hilfsmittelrichtlinie (HHR) und Medizinproduktegesetz (MPG) vor. Die entsprechenden Haken werden automatisch in der Dokumentvorlage 'Anpassbericht' befüllt und ausgedruckt.

The screenshot shows the AMPAREX software interface. The top bar includes the patient name 'Abele, Anton', the number 'Nr. 55 (76)', and the current document 'Anpassbericht'. The left sidebar contains navigation icons for 'Kunde', 'Vorgänge', 'Audiogramme', 'Hörsysteme', 'Sehhilfen', 'Dokumentation', 'Wartelisten', 'Befragungen', 'Serviceverträge', 'Karten und Programme', 'Angebote', 'Rechnungen', and 'Abrechnung Kostenträger'. The main content area is titled 'HHR und MPG' and contains several sections with checkboxes:

- 1. Ton- und Sprachaudiometrische Kenndaten**
  - a) der tonaudiometrische Hörverlust beträgt bei wenigstens einer Prüffrequenz zwischen 500 und 4000 Hz mindestens 30 dB auf dem besser hörenden Ohr
  - b) die Verstehensquote für einsilbige Wörter mit Kopfhörer ist auf dem besser hörenden Ohr bei 65 dB nicht größer als 80%
  - c) es besteht der Entschluss des Patienten das Hörsystem zu tragen
  - d) das Hörsystem kann durch den Patienten oder deren Hilfspersonen bedient werden
- 2. Ton- und Sprachaudiometrische Kenndaten einseitige Versorgung**
  - Der tonaudiometrische Hörverlust beträgt auf dem schlechteren Ohr mindestens 30dB in mindestens einer der Prüffrequenzen zwischen 500 und 4000Hz
  - und die Verstehensquote für einsilbige Wörter ist auf dem schlechteren Ohr bei 65dB nicht größer als 80%
- 3. CROS Versorgung**
  - a) einseitige Taubheit (nicht versorgbares Ohr)
  - b) BICROS Versorgung, da Hörverlust zusätzlich am besseren Ohr
  - c) hochgradige Asymmetrie des Gehörs
- 4.**  Hörgeräte-Versorgung bei Kindern und Jugendlichen
- 5.**  Hörgeräte-Versorgung bei an Taubheit grenzend Schwerhörigen
- 6.**  Vorzeitige Wiederversorgung gem. §31 Hilfsm-RL

Below these sections is a 'Bemerkung:' label followed by a large empty text box for manual input.

## Maskenbeschreibung

Im Bereich 'Bemerkungen zur Anpassung' tragen Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen manuelle oder per Textbaustein (per rechte Maustaste) zur zu dokumentierenden Versorgung ein. Ferner kann über einen Suchdialog die in den Stammdaten hinterlegten Textbausteine zurückgegriffen werden. Im Suchdialog ist eine Mehrfachauswahl (per [Strg]-Taste beim Klick auf den Textbaustein gedrückt halten) zur Übernahme in den Anpassbericht möglich.

## Siehe auch ...

- [Arbeitsabläufe \(Kunde\)](#)
- [Problemlösungen \(Kunde\)](#)