

21 Schritte | Kontaktlinse, OPTIK

Mess- und Korrektionsmethode (MKH) für Winkelfehlsichtigkeiten nach H.-J. Haase.

The screenshot shows the AMPAREX software interface for patient Adam, Julia. The main window displays a table titled 'Anpassungen & Nachkontrollen' with the following data:

Datum	Typ	Verk.	Beschreibung	KL-Werte	Status	Preis
25.10.2021	Erstanpassung	NH	Appenzeller - Blugen MF CD Blister	6.50/6.50 +0.50/+1.00 2' 0:1		360,00
25.10.2021	Refraktionsprotokoll	NH	Appenzeller - Blugen MF CD Blister	0.50/1.00 2 V: 1.00 0.50/1.00 2 V: 1.00		

Below the table is a 21-step measurement grid with columns for 'Befragung', 'Kompakt', 'Objektive Refraktion', 'Hornhaut', 'Hornhaut Zeichnung', 'Spaltlampe', 'Rezept', 'Empfehlung', and 'Anamnese'. The grid contains various input fields and checkboxes for recording measurement results.

Maskenbeschreibung

Generell werden in die Felder die Messergebnisse eingetragen.

Maske	Beschreibung
R/L	Ist die einzutragende Seite
Nummer	Die Nummern der Felder entsprechen dem Testzeichen bzw. dem Testschritt.

Siehe auch ...

- [Erstanpassung Kontaktlinsen Detailseite | Kunde, OPTIK](#)
- [KL Nachkontrolle Detailseite | Kunde, OPTIK](#)